

CÂNULA DIRIGÍVEL DE MORRISON ®

Introdução:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos. Por favor, faça referência ao manual de procedimentos de sua instituição para checar os métodos aprovados para a utilização da cânula dirigível.

Indicações de uso:

A cânula está indicada para injeção, aspiração e coleta de amostras por punção percutânea musculoesquelética.

Descrição detalhada do produto:

Cânula para aspiração, injeção ou coleta de amostras por punção percutânea musculoesquelética. A cânula consiste em um estilete interno, com empunhadura e alavanca, em aço inoxidável AISI 304, com 0,68 mm de diâmetro interno, com extremidade distal flexível de 40 mm. A cânula, externa, é fabricada em aço inoxidável AISI 304, com 21G de diâmetro externo e 170 mm de comprimento, com extremidade distal flexível de 40 mm. A dirigibilidade da cânula faz com que ela faça uma deflexão de até 10 mm de angulação.

Restrições e esclarecimentos sobre o produto bem como seu armazenamento e transporte:

- Esterilizado a óxido de etileno.
- Validade da esterilização: 03 anos.
- Produto de reprocessamento proibido conforme item 01 da RE2605 de 2006.
- Para uso somente por médico treinado em radiologia intervencionista, familiarizado com os procedimentos.
- A utilização da cânula é transitória (<60 min)
- Observe sempre a data de validade do produto.
- O procedimento deve ser realizado acompanhado com equipamento de imagem, mesmo durante a inserção, injeção, aspiração, coleta de amostras e na sua retirada.
- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar a cânula dirigível de Morrison.
- Armazene o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em temperaturas menores de 32°C.
- Os materiais perfurocortantes devem ser descartados conforme item 14 da RDC 306, de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.

*Precauções e advertências:

- Tenha cuidado ao aproximar-se de estruturas duras. Se a cânula dobrar, retraia a cânula com o estilete junto, ao mesmo tempo. Uma cânula dobrada pode causar lesão tecidual.
- Se a cânula dobrar, interrompa o procedimento, retraia a cânula com o estilete junto, ao mesmo tempo. Aplicar força adicional a uma cânula dobrada pode causar a quebra da cânula e deixar fragmentos da mesma no corpo do paciente.
- Sempre que necessitar de girar o estilete, retorne a alavanca para sua posição original vertical aí proceda o movimento de girar o estilete.
- Quando necessitar retirar o estilete, retorne a alavanca para sua posição original vertical aí proceda o movimento de retirar o estilete.
- Certifique-se se a embalagem e a cânula estão íntegras antes do uso. Não utilize se a embalagem estiver danificada.
- A cânula e o estilete devem ser utilizados juntos. Nunca utilize apenas o estilete pois ele pode quebrar sem a presença da cânula.
- Não utilize o estilete em outra cânula que não a fornecida na mesma embalagem.
- Note que a cânula e o estilete se curvam em uma única direção, na mesma direção que a alavanca se curva.

Contra- indicações:

- Não utilize a cânula dirigível de Morrison em equipamentos de ressonância magnética (MRI).

Complicações:

- As complicações incluem os riscos associados ao grau de intolerância ao procedimento ou à medicação usada durante o procedimento.
- infecção.
- sangramentos.
- Perfuração de órgãos.

Instruções de uso:

- Utilize técnicas estéreis durante os procedimentos descritos abaixo. Isto inclui o uso de luvas, gorro, máscara, campo e instrumentos estéreis.
- Retire o produto de sua embalagem e verifique seu correto funcionamento.
- Posicione o paciente de acordo com o local do procedimento a ser realizado.
- Faça uma desinfecção no local.
- Siga as práticas convencionais para anestesia do local de inserção da cânula (de acordo com o protocolo do hospital).
- Faça uma incisão com o bisturi no local de punção da cânula dirigível, se aplicável.

1. Introduza a cânula superficialmente com a alavanca vertical e faça uma imagem (scan). Identifique o seu alvo e as áreas delicadas a evitar.
 2. Gire a alavanca para a direção desejada. Avance a cânula. Quando a cânula avança, a extremidade distal da cânula irá se curvar em direção à alavanca.
 3. Para mudar a direção, retorne a alavanca à posição vertical original, e então gire o estilete dirigível enquanto mantém a cânula 21G no lugar. Após a rotação, gire a empunhadura na direção desejada. Avance a cânula dirigível.
 4. Para avançar a cânula dirigível para o alvo num caminho reto, retorne o estilete dirigível com a alavancapara sua posição original vertical e avance a cânula diretamente ao alvo.
 5. Quando o alvo for atingido, o estilete dirigível pode ser removido e o procedimento, como infusão, coleta de amostras ou aspiração pode ser realizado através da cânula dirigível 21G.
- Retire a cânula e faça uma compressão no local de punção.
 - Os materiais perfurocortantes devem ser descartados conforme item 14 da RDC 306, de 07 de Dezembro de 2004, da ANVISA.

Informações técnicas:

Embalagem secundária: caixa de papel cartão 350g/cm. Cada embalagem secundária contém 10 embalagens primárias.

Embalagem primária: Embalado em um lado papel Tyvek® e outro lado em PEAD (polietileno de alta densidade).

Cada embalagem primária contém:

01 Cânula dirigível composta de cânula 21G x 170 mm de comprimento, e estilete com alavanca e empunhadura, com 0,68 mm de diâmetro, ambos com 40 mm de extremidade distal flexível.

Fabricante:

Apriomed AB
Viridings Allé 28SE-754 Upsalla
Suécia Telefax: 46 184301440

Fornecedor:

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124
SAC:(31) 36881901/ (31) 36881910
www.medika.com.br
Email: qualidade@medika.com.br

Responsável técnico:

Enfª. Vanessa Alves dos Santos
COREN MG: 644.853-ENF

ANVISA Nº: 10289689004

Legenda da simbologia da rotulagem:



Lote
Data de
fabricação

Data de Validade

Referência

Versão da instrução de uso – Vr.02

Alerta! Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.

Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.