

medika

CATÁLOGO DE

PRODUTOS

CATÁLOGO DE

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

Extrator Obstétrico a Vácuo

Descartável KIWI

Informações técnicas:

Indicado em partos normais quando a gravidez é a termo, membranas amnióticas rotas, polo cefálico encaixado e dilatação cervical completa. Além disso, o extrator obstétrico pode ser usado em diversas situações, como quando ocorre falha no parto normal após medidas temporárias no segundo estágio, quando há relações adaptadas entre o feto e a pelve, em casos de exaustão materna, em situações em que o segundo estágio do trabalho de parto não é recomendado, em casos de descolamento prematuro de placenta, falta de cooperação, uso excessivo de analgesia, inércia uterina, atividade de contração forçada ou em casos de prolapso de cordão fetal e apresentação occipital posterior. Também pode ser utilizado em situações em que há um risco presumido para o feto que não é considerado grave, quando há necessidade de encurtar o segundo estágio do parto por indicação materna ou fetal, como uma tentativa de extração obstétrica no parto normal quando a apresentação do bebê para de descer no segundo estágio e a relação entre o feto e a pelve é considerada limite, ou ainda na extração na parte mais estreita da pelve quando a posição é conhecida, ou quando o risco presumido para o feto é considerado maior.

Fabricado em policarbonato e com revestimento interno em poliéster, o extrator obstétrico a vácuo Kiwi é um dispositivo descartável de baixo perfil, disponível em dois modelos: o OmniCup, indicado para parto vaginal, e o modelo Omni C Cup, projetado especificamente para parto cesáreo, adaptando-se ao espaço abdominal restrito. Ele é composto por uma cúpula fetal de 56 mm de diâmetro por 15 mm de altura (OmniCup) ou 56 mm de diâmetro por 10,5 mm de altura (Omni C Cup), juntamente com uma bomba de vácuo que possui um medidor de pressão e um botão de liberação de vácuo. A bomba, fabricada em policarbonato, é manipulada com a palma da mão, permitindo o controle completo por um único operador. O medidor de pressão apresenta indicadores de pressão negativa em Bar, mmHg, inHg e KPa.


- A haste flexível e a cúpula ajudam a garantir que seja colocada sobre o ponto de flexão, independentemente da posição da cabeça fetal;
- Menor índice de sangramento quando utilizado em cesarianas;
- Equipamento seguro utilizado em mais de 90 países;
- **A tecnologia PalmPump™** coloca o controle completo nas mãos de um único operador;
- A cúpula do Omni Cup C possui duas orientações para o apoio dos dedos, facilitando sua manipulação e auxiliando na localização no ponto de flexão.


Fabricante:Clinical Innovations
País: Estados Unidos

medika®
www.medika.com.br

Extrator Obstétrico a Vácuo

Descartável KIWI





CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
VAC-6000M	01 extrator obstétrico descartável composto de cúpula de 56 mm x 15 mm e bomba a vácuo com medidor.
VAC-6000C	01 extrator obstétrico descartável composto de cúpula de 56 mm x 10,5 mm, baixo perfil e bomba a vácuo com medidor.

Fabricante:Clinical Innovations
País: Estados Unidos

medika®
www.medika.com.br

Dispositivo para Exercícios

da Musculatura do Assoalho Pélvico Epi-no Delphine Plus

Informações técnicas:

Indicado para tonificar e fortalecer a musculatura do assoalho pélvico por meio de exercícios, tanto durante o período pré-parto como no pós-parto. Também ajuda a aumentar a flexibilidade dos músculos vaginais e do períneo, por meio de exercícios e distensão.

O dispositivo Epi-no Delphine Plus deve ser utilizado apenas com recomendação médica e sob acompanhamento de um fisioterapeuta. Isso se deve à sensibilidade da musculatura da região perineal, os exercícios realizados devem seguir o protocolo clínico de acordo com a necessidade de cada paciente.

Fabricado em silicone, o balão inflável com formato anatômico é conectado a um medidor de biofeedback por meio de um tubo de alimentação, também feito de silicone. Bomba manual em elastômero termoplástico com medidor de pressão de biofeedback, que possibilita monitorar a melhora do tônusmuscular, e válvula de saída de ar. Através do estiramento e reforço gradual da musculatura e dos tecidos, todo o assoalho pélvico se torna mais resistente e flexível. Isso reduz as chances de necessidade de episiotomia durante o parto. Quando o períneo permanece intacto, os músculos e tecidos têm uma recuperação mais fácil após o parto.

- Controle da pressão e progresso do treinamento por meio da visualização do biofeedback;
- Melhora a incontinência urinária, independente da idade;
- Ideal para acelerar o processo de recuperação dos músculos do assoalho pélvico;
- Fortalece a musculatura do assoalho pélvico e auxilia no tratamento das disfunções sexuais;
- Ensaios clínicos mostram redução significativa de lesões perineais em partos vaginais.



Fabricante: Tecsana Gmbh.
País: Alemanha

medika®
www.medika.com.br

Dispositivo para Exercícios

da Musculatura do Assoalho Pélvico Epi-no Delphine Plus

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AN1191	01 dispositivo para exercícios da musculatura do assoalho pélvico composto de bomba em elastômero termoplástico, medidor de pressão em ABS Lustran, válvula, tubo e balão anatômico em silicone.

Fabricante: Tecsana Gmbh.
País: Alemanha

Dilapan-S

Informações técnicas:

Indicado para amaciar e dilatar o colo do útero antes de procedimentos ginecológicos, como no amadurecimento do colo do útero, no preparo cervical em preparação para a indução do parto, para a interrupção da gestação ou em outras intervenções na cavidade uterina, por até 24 horas.

Fabricado em hidrogel anisotrópico chamado Aquacryl® patenteado, o dilatador cervical higroscópico é uma haste que aumenta de diâmetro à medida que absorve a umidade do trato genital. Normalmente, 3 a 5 hastes são inseridas em um procedimento único, com as hastes inseridas uma de cada vez. Composto por uma parte dilatadora (haste), um cabo de polipropileno e um cordão indicador amarrado com segurança ao cabo do DILAPAN-S® para indicar sua localização. Cada haste Dilapan-S é um dilatador cervical estéril, embalada individualmente, descartável e de uso único. Disponível em caixas contendo 10 ou 25 dilatadores, nas dimensões de 3 mm x 55 mm, 4 mm x 55 ou 65 mm.

- Dilatação mecânica cervical de forma gradual, com pouco ou nenhum desconforto, o que possibilita ao paciente executar suas atividades normalmente;
- Dilatador cervical mecânico não farmacológico;
- Podem ser inseridos mais de um DILAPAN-S ® no canal cervical, caso o profissional de saúde considere adequados após avaliação clínica do risco/benefício;
- Seguro e efetivo, mesmo em mulheres com histórico de cesárea.

Dilapan-S não contém látex.



Fabricante: MEDICEM Technology sro
País: República Checa

www.medika.com.br

Dilapan-S

TEMPO (em horas)	DILATAÇÃO ESPERADA (em mm)	
	UM DILAPAN-S® (3mm)	UM DILAPAN-S® (4mm)
2	7,2 - 8,3	7,8 - 10,0
4	8,4 - 9,5	10,0 - 11,2
6	9,0 - 10,0	10,1 - 12,5
24	9,6 - 11,3	12,7 - 14,6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DS465	O DILAPAN-S® está disponível em caixas com 10 ou 25 dilatadores no tamanho 4 mm x 65 mm.
DS455	O DILAPAN-S® está disponível em caixas com 10 ou 25 dilatadores no tamanho 4 mm x 55 mm.
DS355	O DILAPAN-S® está disponível em caixas com 10 ou 25 dilatadores no tamanho 3 mm x 55 mm.

Fabricante: MEDICEM Technology sro
País: República Checa

medika®
www.medika.com.br


Bolsa Coletora


para Drenagem de Fluidos no Parto Medika - 192-OD


Informações técnicas:

Indicada para coletar, verificar com precisão o volume, armazenar fluidos teciduais decorrentes do parto, permitindo o descarte adequado e quantificação da perda sanguínea para melhor identificação de eventual hemorragia pós-parto.

Fabricada em polietileno, graduada a cada 50, 100 e 500 ml, com um plástico interno perfurado para retenção de gazinhas e esponjas, com fechamento para transporte e descarte. A bolsa coletora está integrada a um campo cirúrgico composto por base em airlaid, absorvente, com 39 cm de largura e laterais em polietileno azul, com 98 cm de comprimento e aberturas para o encaixe das mãos do operador. O produto descartável é posicionado na mesa de parto.









CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
597	01 bolsa coletora para drenagem de fluidos no parto, em polietileno, com capacidade para 5.000 ml, graduada, em um campo cirúrgico composto por uma base em airlaid, com 39 cm e comprimento em polietileno azul, 98 cm.

Fabricante: Zhejiang Mediunion Healthcare Group Co. Ltd
País: China.

medika®
www.medika.com.br


Cateter Balão

para Dilatação Cervical Medika

Informações técnicas:

Indicado para exercer uma suave pressão mecânica no colo uterino, de maneira a melhorar o amadurecimento cervical em mulheres grávidas com gestação a termo, onde a indução do parto está indicada.

Cateter balão duplo em silicone 18 Fr x 40 cm, acinturado, contendo um balão uterino com volume máximo de 80 ml e um balão vaginal com volume máximo de 80 ml. Vem acompanhado de 01 seringa de 20 ml, para insuflar o balão.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
241001	01 Cateter balão duplo cervical em silicone 18 Fr x 40 cm, contendo um balão uterino com volume máximo de 80 ml e um balão vaginal com volume máximo de 80 ml; 01 seringa de 20 ml, para insuflar o balão.

Fabricante: Tiank Medical Co., Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Cateter Balão Duplo

Transcervical CVX-RIPE

Informações técnicas:

Indicado para exercer uma suave pressão mecânica no colo uterino, de maneira a melhorar o amadurecimento cervical em mulheres grávidas com gestação a termo, onde a indução mecânica do parto é indicada.

Fabricado em silicone, com 18 Fr de diâmetro x 45 cm de comprimento, contendo um balão cônico uterino com volume máximo de 80 ml e um balão cônico vaginal com volume máximo de 40 ml.

A extremidade distal e o corpo do cateter são fabricados em silicone macio, visando oferecer conforto durante o uso. Além disso, o cateter possui um estilete maleável, projetado para garantir tanto a segurança quanto a facilidade de inserção.

Livre de Látex, DEHP ou BPA.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CVX - 100	01 cateter balão duplo em silicone 18 Fr x 45 cm, contendo um balão uterino com volume máximo de 80 ml e um balão vaginal com volume máximo de 40 ml; 01 estilete maleável; 01 seringa de 20 ml com conexão luer lock, para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.

Fabricante: Utah Medical Products Inc.
País: Estados Unidos

medika®
www.medika.com.br

Cateter Balão

para Tamponamento Uterino BT-Cath

Informações técnicas:

Indicado para controle temporário ou redução do sangramento uterino durante a hemorragia pós-parto (HPP), quando não há uma resposta à terapia padrão, que inclui massagem e administração de ocitocina.

O cateter é introduzido pela vagina até o útero após o parto normal ou por meio de uma incisão após o parto cesáreo. Ele é utilizado para controlar temporariamente ou reduzir o sangramento uterino no pós-parto, através do balão insuflado.


Fabricado em silicone radiopaco duplo lúmen, sendo uma via para insuflação do balão com o objetivo de tamponar o útero por meio de balão macio, e uma via para drenagem de sangue intrauterino. Com diâmetro externo de 85 mm e comprimento de 55 cm, o balão é fabricado em silicone, e possui capacidade máxima de até 500 ml. Na extremidade proximal, possui conector de quatro vias, sendo uma delas equipada com uma válvula anti refluxo para insuflação do balão, outras para drenagem de sangue intrauterino.

Acompanha duas seringas com conexão Luer lock (não destinado para uso hipodérmico) de 60 ml e um conector perfurante para bolsa de infusão com válvula anti-refluxo.

- O material de silicone macio do balão BT-Cath permite que ele se adapte a forma interna do útero;
- São disponibilizadas duas seringas para administração de infusão contínua de solução salina, permitindo uma expansão rápida do tamponamento;
- Possui via de drenagem nivelada, sem tubos salientes, que facilitam a colocação segura do cateter e também a avaliação da perda de sangue;
- Não requer nenhuma operação cirúrgica para remoção.

O uso do cateter é de curto prazo, com duração máxima de 24 horas.





Fabricante: Utah Medical Products Inc.
País: Estados Unidos

medika®
www.medika.com.br

Cateter Balão

para Tamponamento Uterino BT-Cath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
BTC-100	01 cateter em silicone, 85 mm de diâmetro externo x 55 cm de comprimento, com um balão em silicone, com capacidade máxima de até 500 ml, com um conector de quatro vias na extremidade proximal, uma com válvula anti refluxo, para insuflação do balão. 02 seringas de 60 ml com conexão Luer lock, para insuflação do balão, não sendo destinado ao uso hipodérmico. 01 conector perfurante para bolsa de infusão com válvula anti-refluxo.

Fabricante: Utah Medical Products Inc.
País: Estados Unidos

medika®
www.medika.com.br

Cateter para Tamponamento

Uterino Pergomed

Informações técnicas:

Indicado para controle temporário ou redução do sangramento uterino durante a hemorragia pós-parto vaginal ou cesáreo. O cateter é introduzido pela vagina até o útero, após o parto normal ou pela incisão, após o parto cesáreo, de maneira que o balão insuflado controle temporariamente ou reduza o sangramento uterino no pós-parto.

Fabricado em silicone radiopaco, duplo lúmen, sendo uma via para insuflação do balão com o objetivo de tamponar o útero por meio de balão macio, e uma via para drenagem de sangue intrauterino. Acompanha duas seringas de 50 ml com conexão Luer lock (não destinado para uso hipodérmico) e um conector perfurante para bolsa de infusão com válvula anti refluxo.

- Não requer nenhuma operação fisiológica para remoção;
- São disponibilizadas duas seringas para administração de infusão contínua de solução salina, permitindo uma expansão rápida do tamponamento;
- O design do balão em forma de pêra se adapta à anatomia e forma do útero.



Fabricante: Pergo Medical ve Ilaç Sanayi AS
País: Turquia

medika®
www.medika.com.br

Cateter para Tamponamento

Uterino Pergomed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
05TD0206	01 cateter em silicone, 80 mm de diâmetro externo x 58,7 cm de comprimento, com um balão em silicone, com capacidade máxima de até 500 ml, com um conector de três vias na extremidade proximal, uma com válvula anti refluxo, para insuflação do balão; 02 seringas de 50 ml com conexão Luer lock, para insuflação do balão, não sendo destinado ao uso hipodérmico; 01 conector perfurante para bolsa de infusão com válvula anti-refluxo.

Fabricante: Pergo Medical ve Ilaç Sanayi AS
País: Turquia

Cânula de Karman

Plasti-med

Informações técnicas:

Indicada para aspiração intrauterina e remoção do conteúdo do endométrio durante a interrupção induzida da gravidez, aborto espontâneo e/ou incompleto, até 12 semanas, biópsia do endométrio, ou como uma medida curativa em caso de dismenorreia.

O princípio de funcionamento consiste em aspirar manualmente o conteúdo do endométrio utilizando-se uma seringa de válvula dupla ou única Plasti-med.

Fabricada em polietileno, compatível com seringa de válvula única e dupla (vendidas separadamente), disponível nos diâmetros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 mm por 21 ou 22 cm de comprimento, com extremidade distal fechada e atraumática. A cânula possui um ou dois orifícios laterais e graduação a partir de 6 cm da extremidade distal, a cada 1 cm.



Fabricante: Plasti-med Plastik Medikal Urünler San. ve Tic. Ltd.
País: Turquia

medika®
www.medika.com.br

Cânula de Karman

Plasti-med

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
240111	Cânula de Karman 4 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios.
240112	Cânula de Karman 5 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios.
240113	Cânula de Karman 6 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios.
240114	Cânula de Karman 7 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios.
240115	Cânula de Karman 8 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios.
240116	Cânula de Karman 9 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício.
240117	Cânula de Karman 10 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício.
240118	Cânula de Karman 12 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício.
240119	Cânula de Karman 11 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício.

Fabricante: Plasti-med Plastik Medikal Urünler San. ve Tic. Ltd.
País: Turquia

Seringa Aspirativa de Válvula

Única ou Dupla para Cânulas de Karman Plasti-med

Informações técnicas:

Indicada para aspiração intrauterina através da conexão com as cânulas de Karman Plasti-med de 4, 5, 6 e 7 mm, no modelo válvula única, e 8, 9, 10, 11 e 12 nos modelos de válvula dupla (os dois vendidos separadamente), nos casos de remoção do conteúdo do endométrio durante a interrupção induzida da gravidez, aborto espontâneo, biópsia do endométrio, ou como uma medida curativa em caso de dismenorreia.

Acompanha um frasco de 5 ml de silicone médico líquido para lubrificar o anel de vedação tipo O, um anel de vedação sobressalente em borracha tipo O e uma presilha plástica adicional, adequado para ambos os modelos. Além desses itens, o modelo de válvula dupla também acompanha 5 adaptadores para as cânulas.



Seringa aspirativa de válvula única (240 101)



Seringa aspirativa de válvula dupla (240 102)

Fabricante: Plasti-med Plastik Medikal Urünler San. ve Tic.
País: Turquia

medika®
www.medika.com.br

Seringa Aspirativa de Válvula

Única ou Dupla para Cânulas de Karman Plasti-med

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
240 101	01 Seringa aspirativa para cânulas de Karman, com válvula única, 60 ml; 01 frasco contendo 05 ml de silicone médico líquido lubrificante; 01 anel de vedação tipo O; 01 presilha plástica.
240 102	01 Seringa aspirativa para cânulas de Karman Plasti-med, com válvula dupla, 60 ml; 01 frasco contendo 05 ml de silicone médico líquido lubrificante; 01 anel de vedação tipo O; 01 presilha plástica; 05 adaptadores para cânulas de Karman.

Fabricante: Plasti-med Plastik Medikal Urünler San. ve Tic.
País: Turquia

Cânula de Karman


GTSC

Informações técnicas:

Indicada para aspiração intrauterina e evacuação do conteúdo do endométrio durante a interrupção induzida da gravidez, aborto espontâneo e/ou incompleto, entre 4 e 12 semanas de gestação, biópsia do endométrio, ou como uma medida curativa em caso de dismenorreia, indicados por um médico.

Seu funcionamento baseia-se na aspiração manual do conteúdo do endométrio, utilizando uma seringa de válvula dupla (vendida separadamente) que cria vácuo e se conecta à cânula de Karman.

A cânula está disponível nos diâmetros de 4 a 12 mm (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 mm) com 21 cm de comprimento. Possui extremidade distal fechada e atraumática, com um ou dois orifícios laterais, além de graduação a partir de 6 cm da extremidade distal, marcando a cada 1 cm para maior precisão no procedimento.



Fabricante: Heuer International (a division of G.S.T Corporation Limited)
País: Índia

medika®
www.medika.com.br

Cânula de Karman

GTSC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
KC4	Cânula de Karman 4 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios
KC5	Cânula de Karman 5 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios
KC6	Cânula de Karman 6 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orificios
KC7	Cânula de Karman 7 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios
KC8	Cânula de Karman 8 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios
KC9	Cânula de Karman 9 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício
KC10	Cânula de Karman 10 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício
KC12	Cânula de Karman 12 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício

Fabricante: Heuer International (a division of G.S.T Corporation Limited)
País: Índia

Seringa Aspirativa de Válvula

Dupla para Cânulas de Karman GTSC

Informações técnicas:

Indicada para aspiração intra uterina através da conexão às cânulas de Karman(vendidas separadamente) nos casos de evacuação do conteúdo do endométrio durante a interrupção induzida da gravidez, aborto espontâneo, entre 4 a 12 semanas de gestação, biópsia do endométrio, ou como uma medida curativa em caso de dismenorreia, indicados por um médico.

Seu funcionamento baseia-se na aspiração manual do conteúdo do endométrio, utilizando uma cânula de Karman (vendida separadamente) conectada a uma seringa de válvula dupla não estéril, que gera pressão negativa para o processo.

A seringa acompanha um frasco de 5 ml de silicone médico líquido para lubrificação do anel de vedação, além de um anel de vedação sobressalente em polietileno de baixa densidade e uma presilha plástica extra, garantindo maior durabilidade e praticidade no uso.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MVA	01 Seringa aspirativa para cânulas de Karman, com válvula dupla, 60 ml (não hipodérmica); 01 frasco contendo 05 ml de silicone médico líquido lubrificante; 01 anel de polietileno de baixa densidade; 01 presilha.

Fabricante: Heuer International (a division of G.S.T Corporation Limited)
País: Índia

medika®
www.medika.com.br

Pessário vaginal

For.me.sa

Informações técnicas:


Indicado para correção conservadora (não cirúrgica) do prolapso de órgãos pélvicos, bem como aliviar os sintomas associados, incluindo casos de prolapso de cúpula vaginal após histerectomia total e prevenção de adesões vaginais pós operatórias.

Fabricado em silicone médico inerte, macio, elástico, fabricado em diversos formatos e tamanhos, como os modelos cubo, fungiforme, anel com botão, disco com botão e disco perfurado, não estéril.
A escolha do modelo e do tamanho é decidida pelo ginecologista, levando em consideração as funcionalidades anatômicas da paciente.

Modelos:



1. Cubo




2. Fungiforme



3. Anel com botão



4. Disco com botão



5. Disco perfurado

O tempo de permanência do pessário é avaliado pelo ginecologista e não deve ultrapassar 02 anos.


Fabricante: CJSC "Medical Enterprise SIMURG"
País: Bielorússia

medika®
www.medika.com.br


Pessário vaginal

For.me.sa


01



02



03



CÓDIGO	MODELO CUBO
FOR.71.52525	Pessário vaginal em silicone com 25 mm de diâmetro externo e 25 mm de altura
FOR.71.52529	Pessário vaginal em silicone com 29 mm de diâmetro externo e 29 mm de altura
FOR.71.52532	Pessário vaginal em silicone com 32 mm de diâmetro externo e 32 mm de altura
FOR.71.52537	Pessário vaginal em silicone com 37 mm de diâmetro externo e 37 mm de altura
FOR.71.52541	Pessário vaginal em silicone com 41 mm de diâmetro externo e 41 mm de altura
FOR.71.52545	Pessário vaginal em silicone com 45 mm de diâmetro externo e 45 mm de altura

Fabricante: CJSC "Medical Enterprise SIMURG"
País: Bielorússia

medika®
www.medika.com.br

Pessário vaginal

For.me.sa

CÓDIGO	MODELO FUNGIFORME
FOR.71.52250	Pessário vaginal em silicone com 50 mm de diâmetro externo e 64 mm de altura
FOR.71.52255	Pessário vaginal em silicone com 55 mm de diâmetro externo e 65 mm de altura
FOR.71.52260	Pessário vaginal em silicone com 60 mm de diâmetro externo e 66 mm de altura
FOR.71.52265	Pessário vaginal em silicone com 65 mm de diâmetro externo e 68 mm de altura
FOR.71.52270	Pessário vaginal em silicone com 70 mm de diâmetro externo e 69 mm de altura
FOR.71.52275	Pessário vaginal em silicone com 75 mm de diâmetro externo e 70 mm de altura
FOR.71.52280	Pessário vaginal em silicone com 80 mm de diâmetro externo e 72 mm de altura
FOR.71.52285	Pessário vaginal em silicone com 85 mm de diâmetro externo e 73 mm de altura
FOR.71.52290	Pessário vaginal em silicone com 90 mm de diâmetro externo e 74 mm de altura

CÓDIGO	MODELO ANEL COM BOTÃO
FOR.71.53645	Pessário vaginal em silicone com 45 mm de diâmetro externo e 56,5 mm de altura
FOR.71.53650	Pessário vaginal em silicone com 50 mm de diâmetro externo e 61,5 mm de altura
FOR.71.53655	Pessário vaginal em silicone com 55 mm de diâmetro externo e 66,5 mm de altura
FOR.71.53660	Pessário vaginal em silicone com 60 mm de diâmetro externo e 71,5 mm de altura
FOR.71.53665	Pessário vaginal em silicone com 65 mm de diâmetro externo e 76,5 mm de altura
FOR.71.53670	Pessário vaginal em silicone com 70 mm de diâmetro externo e 81,5 mm de altura
FOR.71.53675	Pessário vaginal em silicone com 75 mm de diâmetro externo e 86,5 mm de altura
FOR.71.53680	Pessário vaginal em silicone com 80 mm de diâmetro externo e 91,5 mm de altura
FOR.71.53685	Pessário vaginal em silicone com 85 mm de diâmetro externo e 96,5 mm de altura
FOR.71.53690	Pessário vaginal em silicone com 90 mm de diâmetro externo e 101,5 mm de altura
FOR.71.53695	Pessário vaginal em silicone com 45 mm de diâmetro externo e 106,5 mm de altura
FOR.71.536100	Pessário vaginal em silicone com 45 mm de diâmetro externo e 111,5 mm de altura

Fabricante: CJSC "Medical Enterprise SIMURG"
País: Bielorússia

medika®
www.medika.com.br

Pessário vaginal

For.me.sa

CÓDIGO	MODELO DISCO COM BOTÃO
FOR.71.52955	Pessário vaginal em silicone com 55 mm de diâmetro externo e 60 mm de altura
FOR.71.52960	Pessário vaginal em silicone com 60 mm de diâmetro externo e 65 mm de altura
FOR.71.52965	Pessário vaginal em silicone com 65 mm de diâmetro externo e 70 mm de altura
FOR.71.52970	Pessário vaginal em silicone com 70 mm de diâmetro externo e 75 mm de altura
FOR.71.52975	Pessário vaginal em silicone com 75 mm de diâmetro externo e 80 mm de altura
FOR.71.52980	Pessário vaginal em silicone com 80 mm de diâmetro externo e 85 mm de altura
FOR.71.52985	Pessário vaginal em silicone com 85 mm de diâmetro externo e 90 mm de altura
FOR.71.52990	Pessário vaginal em silicone com 90 mm de diâmetro externo e 95 mm de altura

CÓDIGO	MODELO DISCO PERFURADO
FOR.71.52455	Pessário vaginal em silicone com 55 mm de diâmetro externo e 17 mm de altura
FOR.71.52460	Pessário vaginal em silicone com 60 mm de diâmetro externo e 21 mm de altura
FOR.71.52465	Pessário vaginal em silicone com 65 mm de diâmetro externo e 21 mm de altura
FOR.71.52470	Pessário vaginal em silicone com 70 mm de diâmetro externo e 25 mm de altura
FOR.71.52475	Pessário vaginal em silicone com 75 mm de diâmetro externo e 30 mm de altura
FOR.71.52480	Pessário vaginal em silicone com 80 mm de diâmetro externo e 17 mm de altura
FOR.71.52485	Pessário vaginal em silicone com 85 mm de diâmetro externo e 21 mm de altura
FOR.71.52490	Pessário vaginal em silicone com 90 mm de diâmetro externo e 25 mm de altura
FOR.71.52495	Pessário vaginal em silicone com 95 mm de diâmetro externo e 25 mm de altura

Fabricante: CJSC "Medical Enterprise SIMURG"
País: Bielorússia

medika®
www.medika.com.br

Pessário vaginal Circular

GTSC

Informações técnicas:

Indicado para a correção conservadora (não cirúrgica) do prolapso de órgãos pélvicos, incluindo cistocele, histerocele, uretrocele, prolapso vaginal e prolapso de cúpula vaginal pós-histerectomia total, bem como para o manejo da incontinência urinária de esforço (IUE), promovendo alívio dos sintomas associados, como sensação de peso vaginal e perdas urinárias. Constitui uma alternativa segura e eficaz para mulheres que não podem ou não desejam tratamento cirúrgico, podendo ser utilizado de forma isolada ou associado à fisioterapia do assoalho pélvico, com benefícios funcionais e melhora da qualidade de vida.

Fabricado em silicone médico inerte, macio e elástico, em formato circular, o dispositivo oferece fácil inserção e remoção, boa adaptação anatômica, conforto para uso contínuo e baixa taxa de complicações quando corretamente acompanhado. Produto não estéril, disponível nos diâmetros de 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100 mm, sendo a escolha do tamanho definida pelo ginecologista conforme as características anatômicas e funcionais da paciente.





Fabricante: G.S.T Corporation Limited
País: Índia

medika®
www.medika.com.br

Pessário vaginal Circular

GTSC

Código do Produto	DESCRIÇÃO
17-126-40	Pessário circular em silicone 40 mm
17-126-50	Pessário circular em silicone 50 mm
17-126-55	Pessário circular em silicone 55 mm
17-126-60	Pessário circular em silicone 60 mm
17-126-65	Pessário circular em silicone 65 mm
17-126-70	Pessário circular em silicone 70 mm
17-126-75	Pessário circular em silicone 75 mm
17-126-80	Pessário circular em silicone 80 mm
17-126-85	Pessário circular em silicone 85 mm
17-126-90	Pessário circular em silicone 90 mm
17-126-95	Pessário circular em silicone 95 mm
17-126-100	Pessário circular em silicone 100 mm

Fabricante: G.S.T Corporation Limited
País: Índia

Adesivo Retrator

Cirúrgico Traxi

Informações técnicas:

Indicado para a retração externa do panículo adiposo, para permitir o acesso e a visualização do sítio cirúrgico.

Fabricado em acrilato, possui 59 cm de largura por 41 cm de altura e na versão com 32 cm de largura por 46 cm de altura.

- Retração do panículo adiposo eficiente, permitindo fácil acesso cirúrgico;
- Não é necessário o auxílio de outras pessoas para segurar o panículo durante a cirurgia.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PRS-1030	Adesivo retrator fabricado em acrilato, medindo 59 cm de largura x 41 cm de altura.
PRS-1050	Adesivo retrator fabricado em acrilato, medindo 32 cm de largura x 46 cm de altura.

Fabricante: Clinical Innovations
País: Estados Unidos

medika®
www.medika.com.br















www.medika.com.br